Галарт Диагностикум

ООО НПФ «Галарт-диагностикум»
115114, Москва, Дербеневская ул., д.20, стр. 12
Тел.: +7 (495) 508-29-16
Тел./факс: +7 (495) 988-61-68
Эл. почта: lab@galartdiag.ru | www.galartdiag.ru

УреаСлайд рекомбинантный™

По применению антител диагностических флюоресцирующих уреаплазменных видоспецифических поликлональных куриных для реакции прямой иммунофлюоресценции (ПИФ), сухих

Настоящая инструкция распространяется на антитела диагностические поликлональные куриные сухие, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к рекомбинантному антигену U.urealyticum, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы U.urealyticum.

Выпускают в комплекте с жидкостью для монтирования препаратов, предметными деколированными стеклами, положительным (КО+) и отрицательным (КО-) контрольными образцами (последние прилагаются по заявке потребителя). Антитела диагностические представляют собой аморфную массу синего цвета. Набор рассчитан на проведение 60 анализов.

Назначение

Диагностика урогенитальных уреаплазмозов у венерических больных при урогенитальных инфекциях неясной этиологии, бесплодии, беременности, у групп лиц с повышенным риском заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем, а также для НИР (на модели культур клеток, животных и др.).

Способ применения

Ингредиенты реакции:

1. Антитела диагностические флюоресцирующие уреаплазменные поликлональные куриные. Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в течение 1-2 минут при температуре 22±2˚С, слегка встряхивая флакон. Хранение — не более 10 суток при 4±2˚С. Замораживание не допускается. Перед использованием реагент довести до температуры 22±2˚С.
2. Монтирующая жидкость. Монтирующая жидкость готова к применению. Хранить в закрытом виде при 22±2 ˚С в течение 1 года.

Результат считается положительным, если в мазке регистрируют ярко-зеленое свечение не менее чем на 3+, выделяющееся на фоне эпителиальных клеток, окрашенных в темно-бордовый или красно-оранжевый цвет.

Результат считается отрицательным, если в мазке отсутствует специфическое свечение при обязательном наличии не менее 50 эпителиальных клеток .

Сомнительной реакция считается при наличии единичных уреаплазм с интенсивностью окраски на 2+ или при отсутствии эпителиальных клеток в поле зрения. В этом случае рекомендуется повторить анализ. При повторной реакции на 2+ проба считается отрицательной.

Форма выпуска

Выпускают в виде набора, включающего:

- Антитела уреаплазменные, сухие, 1 мл — 2 фл.
- Жидкость монтирующая, 1 мл — 1 фл.
- Инструкция по применению — 1 шт.

Дополнительно поставляются:

- Контрольные препараты:
  - положительный контрольный образец КО+
  - отрицательный контрольный образец КО-
- Предметные стекла деколированные.

Условия хранения и транспортировки

Хранение: в защищенном от света сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 60% и при температуре от +2 до +8 ˚С.

Транспортирование: всеми видами крытого транспорта при температуре от +2 до +10 ˚С. Замораживание не допускается.

Срок годности

Срок годности набора 1 год.
Рекламации на качество наборов направлять на предприятие-изготовитель.

Галарт Диагностикум

ООО НПФ «Галарт-диагностикум»
115114, Москва, Дербеневская ул., д.20, стр. 12
Тел.: +7 (495) 508-29-16
Тел./факс: +7 (495) 988-61-68
Эл. почта: lab@galartdiag.ru | www.galartdiag.ru

УреаСлайд рекомбинантный™

По применению антител диагностических флюоресцирующих уреаплазменных видоспецифических поликлональных куриных для реакции прямой иммунофлюоресценции (ПИФ), сухих

Настоящая инструкция распространяется на антитела диагностические поликлональные куриные сухие, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к рекомбинантному антигену U.urealyticum, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы U.urealyticum.

Выпускают в комплекте с жидкостью для монтирования препаратов, предметными деколированными стеклами, положительным (КО+) и отрицательным (КО-) контрольными образцами (последние прилагаются по заявке потребителя). Антитела диагностические представляют собой аморфную массу синего цвета. Набор рассчитан на проведение 60 анализов.

Назначение

Диагностика урогенитальных уреаплазмозов у венерических больных при урогенитальных инфекциях неясной этиологии, бесплодии, беременности, у групп лиц с повышенным риском заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем, а также для НИР (на модели культур клеток, животных и др.).

Способ применения

Ингредиенты реакции:

1. Антитела диагностические флюоресцирующие уреаплазменные поликлональные куриные. Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в течение 1-2 минут при температуре 22±2˚С, слегка встряхивая флакон. Хранение — не более 10 суток при 4±2˚С. Замораживание не допускается. Перед использованием реагент довести до температуры 22±2˚С.
2. Монтирующая жидкость. Монтирующая жидкость готова к применению. Хранить в закрытом виде при 22±2 ˚С в течение 1 года.

Результат считается положительным, если в мазке регистрируют ярко-зеленое свечение не менее чем на 3+, выделяющееся на фоне эпителиальных клеток, окрашенных в темно-бордовый или красно-оранжевый цвет.

Результат считается отрицательным, если в мазке отсутствует специфическое свечение при обязательном наличии не менее 50 эпителиальных клеток .

Сомнительной реакция считается при наличии единичных уреаплазм с интенсивностью окраски на 2+ или при отсутствии эпителиальных клеток в поле зрения. В этом случае рекомендуется повторить анализ. При повторной реакции на 2+ проба считается отрицательной.

Форма выпуска

Выпускают в виде набора, включающего:

- Антитела уреаплазменные, сухие, 1 мл — 2 фл.
- Жидкость монтирующая, 1 мл — 1 фл.
- Инструкция по применению — 1 шт.

Дополнительно поставляются:

- Контрольные препараты:
  - положительный контрольный образец КО+
  - отрицательный контрольный образец КО-
- Предметные стекла деколированные.

Условия хранения и транспортировки

Хранение: в защищенном от света сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 60% и при температуре от +2 до +8 ˚С.

Транспортирование: всеми видами крытого транспорта при температуре от +2 до +10 ˚С. Замораживание не допускается.

Срок годности

Срок годности набора 1 год.
Рекламации на качество наборов направлять на предприятие-изготовитель.